

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA DA 3 TESLA CON ANELLO PET INTEGRATO E LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI AL LIVELLO 6 DEL CORPO D DELL'EDIFICIO DELL'AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE DELL'UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO ENTRO I QUALI INSTALLARE L'APPARECCHIATURA.

da includere nella Busta "B"

SCHEDA TECNICA DI MANUTENZIONE

DICHIARAZIONE

(resa ai sensi anche degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, barrando, in segno di cancellazione, tutte le voci che non interessano, con specifico riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare e i suoi allegati)

Tipologia di apparecchiatura (obbligatorio)

Codice CIVAB (8 caratteri) (obbligatorio)

Modello (obbligatorio)

Produttore(obbligatorio)

Fornitore (obbligatorio)

Campo A (obbligatorio)

Centro di assistenza qualificato

Denominazione

Sede

Centro di assistenza

☐ proprio ☐ convenzionato in esclusiva ☐ autorizzato

Centro di assistenza

☐ con magazzino ricambi ☐ senza magazzino ricambi

Recapito per chiamate

Tel.

Fax

Cell. Tecnico (facoltativo)

Tel.

Orario e giorni apertura

Dalle ore

alle ore

giorni


☐ lun.-ven.

☐ sab.

☐ dom.

☐ festivi

Tecnici qualificati regolarmente assunti ed assicurati N. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ + di 5 ☐
(i dati richiesti sono "obbligatori" e riferiti al centro indicato)



Timbro e Firma

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA DA 3 TESLA CON ANELLO PET INTEGRATO E LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI AL LIVELLO 0 DEL CORPO D DELL'EDIFICIO DELL'AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE DELL'UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO ENTRO I QUALI INSTALLARE L'APPARECCHIATURA.

Campo B (obbligatorio) TEMPO DI INTERVENTO E RISPRISTINO GUASTI

Tempo max d'intervento del tecnico qualificato on site n. ore

Numero massimo di interventi su base annua di manutenzione preventiva

Percentuale ore di "up time"

La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuale danno provocato da ritardato intervento tecnico rispetto a quanto su dichiarato.

Campo C (obbligatorio) DISPONIBILITA'

Modalità invio segnalazioni per assistenza tecnica (call-center, fax, ecc.)

Orario ricezione segnalazioni giorni feriali

Orario ricezione segnalazioni giorni pre-festivi

Campo D (obbligatorio) RICAMBI ED ACCESSORI

Numero minimo di anni (non inferiore a 10) per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e gli accessori (inteso a partire dalla data di collaudo del sistema)

È, altresì, necessario che la ditta offerente alleggi la descrizione delle modalità di organizzazione del servizio di manutenzione con esplicito riferimento all'offerta ed alle procedure che verranno adottate per la manutenzione programmata preventiva e correttiva.

Nel caso di inadempimento della D.A. rispetto all'impegno assunto con la compilazione della suddetta tabella saranno applicate le penali di cui all'art. 15 del disciplinare di gara.

Data _____



Timbro e Firma
Del Legale Rappresentante della
Ditta Fornitrice

Timbro e Firma