



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE "RICHIESTA DI OFFERTA" NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO ED ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE CHIMICHE DEL LABORATORIO DELLA SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA DEL PLESSO DIDATTICO DI ROCCELLETTA DI BORGIA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, EX ART. 95, COMMA 4 LETT. B), E 36 COMMA 9 BIS D.LGS. N. 50/2016. SS.MM.II. C.I.G. N. ZDA2BE64FF

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

- 1) **Domanda:** *"a seguito di vostra richiesta della verifica di funzionamento cappe chimiche secondo norma EN 61010-1, per quanto riguarda la sostituzione dei controlli di flusso su cappe chimiche BELAIR 56 "MOMOLINE" i dispositivi da fornire e installare devono essere certificati da laboratori accreditati secondo la norma sopracitata?"*
- 2) **Risposta:** *Come specificato nel Capitolato Speciale, tutta la strumentazione utilizzata durante le verifiche dovrà possedere certificazione, in corso di validità, rilasciata da Laboratorio di prova Accredia o equivalente. Con riferimento al quesito specifico, i controlli di flusso da sostituire dovranno essere conformi alla norma EN 14175 e certificati accreditati per EN 61010-1:2013 EN 61326:2013...*

Catanzaro, 19/02/2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Renato Ledonne

