Oggetto: procedura negoziata sottosoglia, ex. art.1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, mediante richiesta di offerta, nell'ambito del mercato elettronico della p.a., per l'acquisizione della fornitura n. 1 calorimetria indiretta e analisi nutrizionale inclusa di modulo per la spirometria lenta e forzata per l'implementazione di una piattaforma di imaging dei distretti corporei, nell'ambito del progetto approvato biomedpark@umg 2.0 dell'università magna graecia di catanzaro - CIG Z5F307D3B5 - CUP J61F1900013000

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

- 1) **Domanda:** "Nel capitolato tecnico ai punti 3), 4) e 5) vengono riportate le caratteristiche di un sistema da sforzo Cardiopolmonare, in generale in questi tipo di configurazioni si includono anche un ECG da Sforzo e degli ergometri (cicloergometro e/o treadmill). Come vengono effettuati questi test Cardiopolmonari".
- 2) Risposta: I test cardiopolmonari verranno effettuati con Treadmill, già in possesso della piattaforma

Catanzaro,

Il Responsabile del Procedimento Ing. Rosario Punturiero

