



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

**DISCIPLINARE DI GARA- Allegato A**

**RICHIESTA DI OFFERTA – Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di apparecchiature tecnico-scientifiche per le esigenze nell’ambito del PROGETTO DI RICERCA AGRINFRA POR 2014/2020 CALABRIA gestito dal Dipartimento di Scienze della Salute, suddivisa in n. 3 lotti, da aggiudicarsi , ciascuno dei singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16- CUP C58D19000120002 - Scadenza presentazioni offerte ore 12.00 del 11.05.2021.**

**1. PREMESSA**

Il Dipartimento di Scienze della Salute, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all’acquisto delle apparecchiature tecnico-scientifiche di seguito specificate per le esigenze nell’ambito del PROGETTO DI RICERCA AGRINFRA POR 2014/2020 CALABRIA:

**LOTTO N.1:** n. 1 CAPP A CHIMICA A TOTALE ESPULSIONE CIG **Z49317B5AA**;

**LOTTO N. 2:** n. 1 ARMADIO POLVERI CHIMICHE, CIG **Z88317B5FA**;

**LOTTO N. 3:** n. 1 ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI, CIG **ZC7317B64A**.

La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le imprese, scelte tra quelle abilitate al bando Mepa in cui rientra la fornitura richiesta, sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la fornitura di cui all’oggetto entro e non oltre le ore **12.00** del **30.03.2021**.

**2. OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO A BASE D’ASTA**

La presente procedura ha per oggetto la fornitura e posa in opera delle apparecchiature tecnico-scientifiche, per le esigenze nell’ambito del PROGETTO DI RICERCA AGRINFRA POR 2014/2020 CALABRIA, di seguito specificate e, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato al presente:

**LOTTO N.1:** n. 1 CAPP A CHIMICA A TOTALE ESPULSIONE, CIG **Z49317B5AA**;

**LOTTO N. 2:** n. 1 ARMADIO POLVERI CHIMICHE, CIG **Z88317B5FA**;

**LOTTO N. 3:** n. 1 ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI, CIG **ZC7317B64A**.

Si precisa che la strumentazione scientifica, per singolo lotto, oggetto della presente RdO dovrà essere obbligatoriamente di nuova acquisizione e conforme alle caratteristiche richieste. La proposta di articoli non conformi comporterà l’esclusione dalla gara.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

L'importo complessivo stimato del **LOTTO N.1:** n. 1 CAPP A CHIMICA A TOTALE ESPULSIONE **CIG Z49317B5AA** è pari **€ 11.000,00 oltre IVA** da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo stimato del **LOTTO N. 2:** n. 1 ARMADIO POLVERI CHIMICHE **CIG Z88317B5FA** è pari **€ 2500,00 oltre IVA** da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo stimato del **LOTTO N. 3:** n. 1 ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI, **CIG ZC7317B64A** è pari **€ 3500,00 oltre IVA** da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **3. LUOGO DELLA FORNITURA**

La fornitura e posa in opera delle apparecchiature tecnico scientifiche, per singolo lotto, sarà eseguita con la formula chiavi in mano comprensiva di imballaggio, spese trasporto, facchinaggio e ogni altro onere e consegnata, previo contatto telefonico con la Dott. ssa Rosa Carduccelli ai recapiti indicati al successivo punto 10, presso i laboratorio di ricerca attivi presso il Complesso Ninì Barbieri di Roccelletta di Borgia.

### **4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Le Ditte offerenti s'impegnano a mantenere le offerte formulate per almeno 180 giorni dalla scadenza prevista per la loro presentazione.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

La Ditta interessata a partecipare alla presente procedura dovrà trasmettere telematicamente, in allegato all'offerta, esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica MEPA, tutti i documenti presenti nella RDO sottoscritti digitalmente da parte del Titolare o Legale Rappresentante con le seguenti modalità:

**NELLA "BUSTA A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** relativa al singolo lotto devono essere inseriti i documenti di seguito specificati:

- Il presente disciplinare di gara timbrato e sottoscritto in ciascun pagina dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della Società, in segno di incondizionata accettazione di tutto quanto ivi contenuto (**ALLEGATO A**). **Invio telematico con firma digitale in corso di validità, obbligatorio;**
- il capitolato tecnico timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della Società, in segno di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

incondizionata accettazione di tutto quanto ivi contenuto (**ALLEGATO A SISTEMA**). **Invio telematico con firma digitale, obbligatorio;**

- dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante l'attività esercitata dalla Società per l'attività oggetto della procedura e le generalità della persona legalmente autorizzata a rappresentarla o impegnarla (**ALLEGATO B**) con copia del relativo documento di identità. **Invio telematico con firma digitale in corso di validità, obbligatorio;**
- Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'indicazione di eventuali condanne per il quale dichiarante abbia beneficiato della non menzione (**ALLEGATO B**) con copia del relativo documento di identità. **Invio telematico con firma digitale in corso di validità, obbligatorio;**
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante la regolarità contributiva e assicurativa (INPS, INAIL e CASSA EDILE, se iscritta) (**ALLEGATO B**) con copia del relativo documento d'identità. **Invio telematico con firma digitale in corso di validità, obbligatorio.**
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante la presenza o l'assenza di relazione di parentela o affinità con dirigenti o dipendenti di UMG di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 modificato dal comma 41, art.1, della Legge 190/2012 (**ALLEGATO C**) con copia del relativo documento d'identità. **Invio telematico con firma digitale in corso di validità, obbligatorio.**
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001 introdotto ex art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 (**ALLEGATO D**) con copia del relativo documento d'identità. **Invio telematico con firma digitale in corso di validità, obbligatorio.**

**Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00 devono essere corredate di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.**

### **Soccorso Istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio prevista dall'art. art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con successive modifiche apportate dal D.lgs. n. 57/2017, di seguito riportato:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

*“...Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa...”.*

**NELLA “BUSTA B” DOCUMENTAZIONE TECNICA,** per singolo lotto, devono essere inseriti, **pena esclusione**, i documenti di seguito specificati:

- Capitolato tecnico allegato al presente disciplinare (**ALLEGATO A SISTEMA**) timbrato e sottoscritto in ciascun pagina dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della Società, in segno di incondizionata accettazione di tutto quanto ivi contenuto;
- schede tecniche e depliant delle apparecchiature tecnico-scientifiche oggetto della procedura e delle relative dotazioni comprensive della documentazione ovvero dei richiami comprovanti la conformità alle norme di sicurezza vigenti in materia nonché ogni altra documentazione tecnica che l’impresa ritenga utile. Le schede tecniche devono essere in lingua italiana e devono recare l’indicazione della destinazione d’uso del dispositivo.

La **BUSTA TECNICA** non deve contenere, **pena esclusione**, elementi che consentono di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica violando, in tal modo, il divieto di commistione (o principio di separazione) tra offerta tecnica e economica.

**La “BUSTA C” DOCUMENTAZIONE ECONOMICA ,** per singolo lotto, contenente **a pena esclusione**:

- l’offerta economica.

L’offerta economica deve indicare **il prezzo complessivo offerto per singolo lotto**. Gli importi offerti devono essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 R.D. 827/24.

**Sono ammesse solo offerte pari o inferiori rispetto all’importo posto a base di gara per singolo lotto.**

Il prezzo indicato in offerta dalla Ditta si intende senza restrizione alcuna, remunerativo di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, compresi l’imballo, trasporto, facchinaggio e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

consegna presso i laboratori di ricerca attivi presso il Complesso Ninì Barbieri a Roccelletta di Borgia. La consegna potrebbe avvenire anche in luogo diverso che sarà opportunamente identificato e comunicato, con congruo preavviso, alla ditta che risulterà aggiudicataria della presente procedura.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

### **5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Le offerte pervenute, per singolo lotto, nel termine indicato nel presente disciplinare saranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (penultimo inciso), in data successiva al termine di presentazione delle offerte. Si precisa che la Commissione, nel rispetto del criterio di parità di trattamento e trasparenza, potrà richiedere alle ditte concorrenti di chiarire o precisare il contenuto della documentazione in esame. Ogni seduta di gara, salvo nella fase di apertura delle busta contenente l'offerta economica, potrà comunque essere sospesa o aggiornata ad altra ora o data.

L'Amministrazione, in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura senza alcun diritto dei partecipanti ovvero dell'aggiudicatario ad ottenere risarcimenti ovvero indennizzi comunque denominati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare ed aggiudicare anche in presenza di una unica offerta.

In caso di *ex-aequo* tra due o più offerte, la Commissione di gara applicherà quanto previsto dall'art. 18 comma 5 del D.M. 28-10-1985 e, in caso di ulteriore pareggio, proporrà l'aggiudicazione dopo il sorteggio.

Si ribadisce che la posizione di primo classificato all'interno della graduatoria di gara non costituisce aggiudicazione provvisoria.

### **6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione della fornitura, per singolo lotto, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fornitura, per singolo lotto, sarà aggiudicata all'operatore economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

1. Offerta tecnica massimo punti 70
2. Offerta economica massimo punti 30

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta, per singolo lotto, è uguale a  $C_{(a)} + V_{(a)}$ , dove:  $C_{(a)}$  = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica del concorrente a e  $V_{(a)}$  = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente a.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

In caso di parità del punteggio finale, la fornitura sarà aggiudicata all'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Per l'elemento di valutazione di natura quantitativa (prezzo onnicomprensivo max 30 punti), il relativo punteggio sarà attribuito, per singolo lotto, dal sistema secondo la seguente formula:

REQUISITO	PUNTEGGIO MASSIMO 100 (70 + 30)
<b>VALUTAZIONE ECONOMICA (Punteggio 30)</b>	Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: PROPORZIONALITA' INVERSA (INTERDIPENDENTE) Al ribasso (in funzione del prezzo) :PE: $P_{max} \times (P_{min}/P)$ ; Dove: $P_{max}$ massimo punteggio attribuibile $P_{min}$ : prezzo più basso tra quelli offerti in gara P: Prezzo offerto dal concorrente

Il punteggio relativo al valore tecnico (max punti 70), per singolo lotto, sarà attribuito dalla Commissione sulla scorta di apposita documentazione presentata dalla ditta concorrente, i cui contenuti, limiti e formato sono precisati all'art 4 del presente disciplinare nella sezione dedicata alla **"BUSTA B" DOCUMENTAZIONE TECNICA** e verranno valutati i requisiti di seguito specificati:

**LOTTO N.1:** n. 1 CAPP A CHIMICA A TOTALE ESPULSIONE (-86°C), **CIG Z49317B5AA**

Caratteristiche Tecniche	Punteggio
LUNGHEZZA ESTERNA CAPP A	20
PROFONDITA' UTILE DI LAVORO	
LARGHEZZA UTILE DI LAVORO	
ALTEZZA COMPLESSIVA	
ALTEZZA PIANO DI LAVORO	
CERTIFICAZIONE CONFORME ALLE NORME EN 14175 EN 61010-1 MARCHIO CE e dispositivo di protezione collettiva secondo d. lgs. 81/2008	7

Firma del titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante della Ditta/Società e timbro per conoscenza ed accettazione

incondizionata





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

FUNZIONALITA' DI ASPIRAZIONE	9
STRUTTURA PORTANTE, RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI	7
PLENUM E PIANO DI LAVORO	10
CRISTALLO FRONTALE E DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-CADUTA CRISTALLO	8
SERVIZI E CONTROLLER CAPPA CHIMICA	9

**LOTTO N. 2:** n. 1 ARMADIO POLVERI CHIMICHE (-20°C), **CIG Z88317B5FA**

<b>Caratteristiche Tecniche</b>	<b>Punteggio</b>
DIMENSIONI DI INGOMBRO	3
DIMENSIONI INTERNE UTILI	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura.</li><li>- Struttura esterna monolitica completamente saldata.</li><li>- N.3 ripiani interni regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Ripiano del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti ed estraibile con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano circa 15 litri. Portata del ripiano circa kg. 100.</li><li>- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità ca. 44 litri.</li></ul>	27

Firma del titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante della Ditta/Società e timbro per conoscenza ed accettazione  
incondizionata

\_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

<ul style="list-style-type: none"><li>- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema di risparmio energetico: adatta la velocità di aspirazione alla condizione dell'armadio (porte <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>aperte vs. porte chiuse), consentendo il risparmio di energia in condizioni di sicurezza.</li><li>- Filtro a carbone attivo granulare posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione.</li><li>- Elettroaspiratore monofase a bordo armadio realizzato in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza, assorbimento 65W.</li><li>- Lampada di accensione impianto aspirazione</li></ul>	25
<ul style="list-style-type: none"><li>- Cartelli di segnalazione pericolo</li><li>- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.</li><li>- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.</li><li>- Peso: circa Kg 160 - Volume interno: circa 760 litri</li><li>- Allacciamento alla alimentazione elettrica resa in laboratorio entro perimetro armadio.</li><li>- Allacciamento alla canalizzazione di espulsione diam mm 125 resa in laboratorio entro perimetro armadio.</li></ul>	10

Firma del titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante della Ditta/Società e timbro per conoscenza ed accettazione

incondizionata

---





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

<b>certificato ENI-EN 16121 livello severità 2</b>	<b>5</b>
--	----------

**LOTTO N. 3: n. 1 ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI, CIG ZC7317B64A**

<b>Caratteristiche Tecniche</b>	<b>Punteggio</b>
DIMENSIONI DI INGOMBRO CIRCA (cm) DIMENSIONI INTERNE UTILI CIRCA (cm)	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Test reazione al fuoco REI 90 effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.</li> <li>- Zoccolo pallettizzato certificato con frontalino di copertura.</li> <li>- Struttura esterna monolitica completamente saldata.</li> <li>- Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura e dispositivo termico di tipo meccanico per la chiusura della porta a 50°C.</li> <li>- Sistema ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C posta una in alto ed una in basso per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze. Collare esterno collegamento Ø 100 mm.</li> </ul>	27
<ul style="list-style-type: none"> <li>- N.3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. <sup>[1]</sup> Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera, capacità del ripiano circa 7 litri, portata del</li> </ul>	20

Firma del titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante della Ditta/Società e timbro per conoscenza ed accettazione incondizionata

\_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

<p>ripiano circa kg. 80.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, capacità circa 20 litri.</li><li>- Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo.</li><li>- Dispositivo di sicurezza che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta.</li><li>- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.</li><li>- Cartelli di segnalazione pericolo.</li><li>- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.</li><li>- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.</li><li>- Peso: kg 350</li><li>- Volume interno: circa 400 litri <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub></li></ul> <p><u>Completo inoltre di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema di aspirazione antiscintilla di adeguata portata in posizione remota.</li><li>- Filtro a carbone attivo a bordo armadio facilmente sostituibile.</li><li>- Allacciamento alla alimentazione elettrica resa in laboratorio entro perimetro armadio.</li><li>- Allacciamento alla canalizzazione di</li></ul>	15



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

espulsione diam mm 125 resa in laboratorio entro perimetro armadio	
<b>certificato ENI-EN 14470-1</b>	5

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica, per singolo lotto, avverrà in modo automatico secondo la tabella sopra indicata.

Il Dipartimento di Scienze della Salute si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, per singolo lotto, la gara o non procedere all'aggiudicazione della fornitura senza alcun diritto dei partecipanti ovvero dell'aggiudicatario ad ottenere risarcimenti ovvero indennizzi comunque denominati.

L'Amministrazione si riserva, a altresì, di procedere all'aggiudicazione della fornitura, per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.

#### **7. ANOMALIA DELL'OFFERTA**

L'anomalia dell'offerta, qualora presente, sarà determinata automaticamente dal sistema elettronico presente sulla piattaforma del Mepa.

Qualora a seguito dell'applicazione del suddetto meccanismo, dovessero risultare offerte, per singolo lotto, individuate da sistema anomale sarà applicato il dettato dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **8. CONTROLLO DEI REQUISITI.**

L'Amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, provvederà a verificare d'ufficio il possesso dei requisiti richiesti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **9. STIPULA CONTRATTO**

La stipulazione del contratto NON è subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012.

Il contratto s'intende stipulato tra le parti a seguito della trasmissione, da parte della Stazione Appaltante tramite la piattaforma elettronica Mepa, dell'RDO firmata digitalmente.

#### **10. CONSEGNA**

La consegna delle apparecchiature tecnico scientifiche oggetto della procedura dovrà avvenire previo contatto telefonico con la Dott. ssa Rosa Carduccelli, al seguente numero telefonico tel.0961/3694205, entro e non oltre 30 giorni dalla data della stipula.

Firma del titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante della Ditta/Società e timbro per conoscenza ed accettazione

incondizionata

---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

Le apparecchiature oggetto della procedura dovranno essere consegnate presso i laboratori di ricerca attivi nel Complesso Ninì Barbieri di Roccelletta di Borgia, in base alle indicazioni che saranno fornite dal referente Dott. ssa Rosa Carduccelli (0961-3694205). La consegna potrebbe avvenire anche in luogo diverso opportunamente identificato e comunicato, con congruo preavviso, alla ditta che risulterà aggiudicataria della presente procedura.

### **11. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di regolare emissione della fattura in formato elettronico nonché dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva DURC le cui risultanze devono essere regolari e, comunque, dopo che l'Amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione della fornitura.

### **12. CLAUSOLE PARTICOLARI**

L'impresa Aggiudicataria, per singolo lotto, ha l'obbligo di informare immediatamente il Dipartimento di Scienze della Salute di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

L'impresa ha l'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento in argomento e i dirigenti e i dipendenti dell'Università di Catanzaro.

### **13. PENALI**

In conformità a quanto previsto dall'art 298 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., nel caso in cui la fornitura non venisse ultimata entro il termine stabilito, all'aggiudicatario della fornitura sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una **penale** dello **0,1%** dell'importo di aggiudicazione e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del medesimo importo, fatti salvi eventuali maggiori danni provocati all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'inadempimento perduri per oltre il 20° giorno, l'Amministrazione ha la facoltà di non accettare la fornitura, senza che, per questo, venga addebitato alcun onere a proprio carico, ovvero di consentire una proroga della consegna.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di intraprendere eventuali azioni legali per il risarcimento del danno subito per il ritardo nella consegna in opera dell'intera fornitura.

### **14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE**

Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento e quanto stabilito dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sono specifiche cause di risoluzione del contratto:

- 1) per motivi di pubblico interesse, debitamente motivati;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

- 2) interruzione della fornitura senza giusta causa;
- 3) inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare;
- 4) concessione in subappalto, totale o parziale della fornitura;
- 5) grave inadempimento o frode dell'impresa atto a compromettere il risultato della fornitura;
- 6) Violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Ateneo, pubblicato sul sito:
- 7) <http://www.unicz.it/umgdesk/amministrazione-trasparente/>
- 8) perdita in capo al soggetto affidatario delle condizioni previste dall'art. 88 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione anticipata del contratto, per una delle cause imputabili all'aggiudicatario di cui sopra, comporterà l'incameramento della cauzione da parte dell'Università, storno delle somme ancora da pagare, l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei conseguenti danni provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'Università dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza.

#### **15. NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento al D.Lgs. N. 50/2016.

#### **16. ARBITRATO**

Non è ammesso l'arbitrato.

#### **17. CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante la fornitura tra la ditta aggiudicataria e questa Amministrazione saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente in materia è quello di Catanzaro.

#### **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196**

Si precisa che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario della procedura indicata in oggetto, nel rispetto dei diritti di riservatezza sanciti dalla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/03).

Con l'invio dell'offerta le ditte concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

#### **19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Firma del titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante della Ditta/Società e timbro per conoscenza ed accettazione

incondizionata

---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA  
DI CATANZARO  
Dipartimento di Scienze della Salute

Il Responsabile del presente procedimento è individuato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella figura della Dott. ssa Rosa Carduccelli – Dipartimenti Area Medica dell'Ateneo.

**20. COMUNICAZIONI**

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato, o alla seguente e-mail: [carduccelli@unicz.it](mailto:carduccelli@unicz.it) entro e non oltre il termine delle ore **12.00** del **04.05.2021**.