



Oggetto: Procedura negoziata sottosoglia, ex art. 36, comma 2 lett b) e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per come derogato dall'art.1 comma 2 lett.b) del D.L n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020 e dal D.L. n. 77/21 convertito in legge n.108/21 , mediante Richiesta di offerta, nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A., per l'affidamento del "servizio di verifiche presso il sito RM3T/PET del Centro di Ricerche in Neuroscienze e presso il sito MRI 7T del Centro di Ricerche interregionale per la sicurezza alimentare e la salute presso il Campus Universitario di Germaneto", da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. CIG: 94990342D6

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

- 1) Domanda:** Con riferimento al Capitolato Tecnico, art. 7, p.to 5 del sito RM3/PET e p.to 4 del sito MRI 7T, si chiede di chiarire l'attività richiesta "Verifica del corretto funzionamento dei pulsanti di emergenza presenti in sala RM e in sala consolle (quench pilotato, ventilazione di emergenza, sgancio elettrico) ed in caso di anomalia ripristino degli stessi", in quanto la verifica relativa al "quench pilotato" è un'attività a carico del costruttore della Risonanza Magnetica.
- 2) Risposta:** *Si chiede la verifica del corretto funzionamento dei pulsanti di attivazione della ventilazione di emergenza e dello sgancio elettrico presenti in sala consolle e in sala RM ed in caso di anomalia ripristino degli stessi.*
- 3) Domanda:** Chiediamo cortesemente di mettere a disposizione progetti e planimetrie del percorso dei tubi di Quench per entrambe le sale RM, così da ottenere maggiori informazioni per valutare adeguatamente l'ispezione richiesta.
- 4) Risposta:** *Le planimetrie sono state allegare nella documentazione di gara da consultare. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile effettuare un sopralluogo presso l'area di intervento.*
- 5) Domanda:** Con riferimento al Capitolato Tecnico, art. 7, p.to 3 del sito RM3/PET e del sito RM7T "Verifica del buon funzionamento e taratura della centralina di monitoraggio dei parametri fisici in sala RM ed eventuale sostituzione delle parti non funzionanti o della centralina in toto", si chiede di confermare che, in caso di malfunzionamento dell'apparato che ne richiederà la sostituzione, verrà richiesto all'Operatore Economico di presentare una specifica quotazione economica.
- 6) Risposta:** *Si conferma quanto previsto nel capitolato speciale di appalto art. 7 p.to 3 del sito RM3T/PET e del sito MRI7T – (Verifica del buon funzionamento e taratura della centralina di monitoraggio dei parametri fisici in sala RM (T, Ur%), ed eventuale sostituzione delle parti non funzionanti o della centralina in toto);*
- 7) Domanda:** Si chiede cortesemente di ricevere una proroga di 10 giorni per l'invio dell'offerta, al fine di formulare un'offerta maggiormente rispondente alle richieste della Stazione Appaltante.
- 8) Risposta:** *Considerata l'urgenza dell'Amministrazione di affidare il servizio, la vostra richiesta non può essere accolta.*

Catanzaro, 08/03/2023

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario Punturiero